

Kraków, 16.11.2022 roku

**DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

*dot. sprawy : 78/ZP/2022*

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania prowadzonego na **DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę , przypadku zaoferowania wapna o gramaturze 5 kg w pakiecie nr. 5 , na przeliczenie ilości (tj. 180 op) , ponieważ wapno 5 l odpowiada gramaturze 4,5 kg ?

**Odpowiedź: nie, zamawiający oczekuje wyceny 4,5 kg w ilości 200 opakowań natomiast 5 kg – 180 opakowań**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 6**

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik jak opisany o długości w zakresie 9-15cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 6**

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści układ współosiowy typu DD ?

**Odpowiedź: tak, pozostałe parametry bez zmian - w przypadku krótszego terminu przydatności (14 dni) stosowne przeliczenie ilości**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy pakietu 6, poz. 1.**

Prosimy o dopuszczenie karbowanego łącznika rozciąganego w zakresie 10 – 16 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy pakietu 6, poz. 2.**

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego współosiowego jednorazowego użytku, z możliwością stosowania do 7 dni.

**Odpowiedź: tak, w przypadku krótszego terminu przydatności(14 dni) stosowne przeliczenie ilości**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy wzoru umowy § 4, ust.2.**

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji dostaw na cito (dotyczy dni roboczych) do 36 godz.

**Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin do 48 godzin (dotyczy dni roboczych), patrz zmodyfikowany SWZ w tym zakresie**

**Pytanie nr 7**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?**

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do:

2) 0,2%

3) 0,2%

**§7 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 10%?

**Uzasadnienie:** obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 9 Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 2**

Wyżej wymielony zapis jest niezgodny z obowiązkiem zawierania umów na czas oznaczony (art. 142 ust. 1 PZP z 2004 r.), jak i z samą istotą umowy jako zobowiązania dwustronnego. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o modyfikację wskazanego zapisu umowy w sposób umożliwiający Wykonawcy wyrażenie bądź nie zgody na przedłużenie terminu obowiązywania umowy, np. w formie aneksu.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja nr 2**

Czy Zamawiający dopuści układy oddechowe do stosowania na 7 dni?

**Odpowiedź: w przypadku krótszego terminu przydatności (14 dni) stosowne przeliczenie ilości**

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy Pakietu nr 22, pozycja nr 1**

Czy Zamawiający jest w stanie określić, jaką ilość filtrów ze złączem prostym lub kątowym, należy wziąć pod uwagę, wyceniając asortyment w powyższym zakresie?

Pragniemy nadmienić, że filtr ze złączem prostym i złączem kątowym, stanowią dwa różne produkty – dwa różne numery katalogowe, które znacznie różni się ceną.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko ze złączem prostym**

**Pytanie nr 12**

Czy w celu miarkowania kar umownych Sprzedający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości:
- 2) 0,5 % wartości **brutto** opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy**
- 3) 0,5 % wartości **brutto** reklamowanego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy towaru niewadliwego w miejsce towaru objętego reklamacją, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru**

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający określił we wzorze umowy § 3 ust. 2 jakie dokumenty można przesłać za pomocą platformy PEPPOL**

**Pytanie nr 14**

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 15**

**Pakiet nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy typu Duolimb z pionową membraną dzielącą rurę na dwie połówki?

**Odpowiedź: tak, pozostałe parametry bez zmian -w przypadku krótszego terminu przydatności(14 dni) stosowne przeliczenie ilości**

**Pytanie nr 16**

**Pakiet nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy do stosowania przez 7 dni?

**Odpowiedź: w przypadku krótszego terminu przydatności (14 dni) stosowne przeliczenie ilości**

**Pytanie nr 17**

**Pakiet nr 22 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr tylko z wyjściem prostym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 18**

**Pakiet nr 38 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar drenu 24CH?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 19**

**Pakiet nr 38 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podwójne opakowanie – na zewnątrz papier-folia, wewnątrz dren owinięty opaską foliową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 28**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów ze zszywkami nie powlekkanymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 21**

Pakiet 16, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 8,5x11,5cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie nr 22**

Pakiet 14, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie markerów z pojedynczą cienką lub standardową końcówką ze skalą pomiarową do 5 cm na korpusie markera, w komplecie z elastyczną linijką z podziałką co 1 mm do 15 cm. Niedrażniący skóry atrament - fiolet krystaliczny. W przypadku wyboru naszej oferty będziemy dostarczać markery z cienką lub standardową końcówką w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 23**

Pakiet 14, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, uniwersalnej, osłony uchwytu lampy operacyjnej wykonana z twardego plastikowego kolnierza o średnicy zewnętrznej 115mm i wewnętrznej 15mm zintegrowanego z foliową osłoną o szerokości 100mm. Konstrukcja osłony (16 ząbków do regulacji otworu i zabezpieczenia przed spadaniem osłony) umożliwiająca zastosowanie dla uchwytów o średnicy od 15mm do max. 48mm o długości max 150mm. Osłony pakowane bezpiecznie potrójnie, jednostkowo w torebkę papierowo foliową z czterema etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 24**

Pakiet 2 pozycja 1 i 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mandrynu poliestrowego i metalowego do wyboru. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 25**

Pakiet 3 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem min.10ml. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 26**

Pakiet 6. poz 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego adaptera do dróg oddechowych z obrotowy portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeśli jest karbowany i w zakresach dopuszczenia rozciągany.**

**Pytanie nr 27**

Pakiet 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu z czasem stosowania do 7 dni.

**Odpowiedź: w przypadku krótszego terminu przydatności(14 dni) stosowne przeliczenie ilości**

**Pytanie nr 28**

Pakiet 6, poz 3

Czy zamawiający dopuszcza układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą

rurą 1,9 m z 2L workiem bezlateksowym. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem stosowania na 5-7 dni.**

**Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 11**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje nebulizatora do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowanego z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, MMAD 2,7 µm, czystego biologicznie?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 11**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nebulizator powinien odznaczać się tempem nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,35 - 0,41 ml/min?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 30**

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby zestaw posiadał bezigłowy porty do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem do kontroli obecności moczu i procesu pobierania?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 30**

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana była linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 30**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie niewymiennego worka na mocz o pojemności 2000 ml

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza pod warunkiem posiadania kranika spustowego**

**Pytanie nr 34 Dotyczy pakietu nr 23 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne układy oddechowe producenta respiratora o długości 1,8 m przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów? Producent respiratorów Osiris 2 zaprzestał produkcji układów do respiratorów Osiris 2

o długości 1,5m oraz obecnie stosuje dedykowane układy oddechowe o długości 1,8m.

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 35 Dotyczy pakietu nr 23 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne układy oddechowe producenta respiratora o długości 1,8 m przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów? Producent respiratorów Osiris 3 zaprzestał produkcji układów do respiratorów Osiris 3

o długości 1,5m oraz obecnie stosuje dedykowane układy oddechowe o długości 1,8m.

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 36 Dotyczy pakiet nr 23 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu opisanego w pozycji 1

tj. jednorazowy układ oddechowy do respiratorów Osiris 2 /Osiris 2GE z zastawka wydechową w oryginalnych zbiorczych opakowaniach producenta zawierających 20 sztuk układów? Rozdzielanie i przepakowywanie opakowań zbiorczych producenta zawyży cenę oferty.

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 37 Dotyczy pakietu nr 23 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu opisanego w pozycji 1

tj. Jednorazowy biokompatybilny układ oddechowy do respiratorów Osiris 3 z zastawka wydechową w oryginalnych zbiorczych opakowaniach producenta zawierających 20 sztuk układów? Rozdzielanie i przepakowywanie opakowań zbiorczych producenta zawyży cenę oferty.

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 38 dotyczące zapisów umowy paragraf 4 ustęp 2 oraz pakietu nr 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 3 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin do 48 godzin (dotyczy dni roboczych), patrz zmodyfikowany SWZ w tym zakresie**

**Pytanie nr 39**

**Pakiet 3, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników w rozmiarze 18 i 20 o pojemności balonu 50-80cc/ml?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie nr 40**

**Pakiet 3, Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników w rozmiarze 22 i 24 o pojemności balonu 80-100cc/ml?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie nr 41**

**Pakiet 3, Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzera z 3 dużymi otworami spełniający pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie nr 42**

**Pakiet 3, Pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójdrożny Couvelaire z otworami pod balonem, spełniające pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie nr 43**

**Pakiet 12, Pozycja 1**


Czy Zamawiający dopuści zestaw z workiem o pojemności 700ml i drenem łączącym 1400mm, spełniający pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie nr 44**

**Pakiet 12, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści pisak jak na zdjęciu:



**Odpowiedź: tak**

**Pytanie nr 45**

**Pakiet 12, Pozycja 1**

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczenia linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zarówno jedną jak i drugą klasę**

**Pytanie nr 46**

**Pakiet 20, Pozycja 4-5**

Czy Zamawiający miał na myśli kanki w rozmiarach CH 24 i 30 zamiast „mm”?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie nr 47**

**Pakiet 20, Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę zatyczek w opakowaniu a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie nr 48**

**Pakiet 20, Pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści rękawice uniwersalne?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie nr 49**

**Pakiet 28, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera skórniego 35 niepowlekkanymi zszywkami?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie nr 50**

**Pakiet 30, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 51**

**Pakiet 31, Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a’90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: tak, zaokrąglić do pełnych opakowań w górę**

**Pytanie nr 52**

**Pakiet 31, Pozycja 7-8-** Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: tak, zaokrąglić do pełnych opakowań w górę**

**Pytanie nr 53**

**Pakiet 31, Pozycja 9 –** Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników w opakowaniu a’90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: tak, zaokrąglić do pełnych opakowań w górę**

**Pytanie nr 54**

**Pakiet 31, Pozycja 10 –** Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz pakowany w folię, reszta parametrów zgodna z SWZ?

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie nr 55**

**Pakiet 38, Pozycja 1 –** Czy Zamawiający dopuści przedłużacz CH24 spełniający pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza**

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest zmodyfikowany SWZ II. Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.

Z poważaniem,