

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. sprawy : 03/ZP/2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania prowadzonego na dostawy fartuchów chirurgicznych, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

1. Czy Zamawiający dopuści fartuch, który posiada na każdym opakowaniu, oprócz etykiety głównej, metkę samoprzylepną z numerem katalogowym artykułu, datą ważności i numerem serii, do wklejenia do dokumentacji medycznej pacjenta?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale wymagane jest dodatkowo oznakowanie nazwą producenta na metce samoprzylepnej.

2. **Pakiet 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania z etykietą główną oraz 4 metkami samoprzylepnymi, (2 z nich z numerem katalogowym, numerem LOT i datą ważności oraz 2 z numerem katalogowym, numerem lot, datą ważności oraz kodem kreskowym) do dokumentacji medycznej pacjent.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale wymagane jest dodatkowo oznakowanie nazwą producenta na metce samoprzylepnej.

3. Pozycje 1 i 2: Czy można zaoferować fartuchy wykonane z włókniny typu SMMS dostępne w rozmiarach S/M o długości 120cm, L o długości 130cm, XL o długości 150cm i XL Long o długości 170cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z

Odpowiedź : tak

4. **Pakiet 1** – Czy Zamawiający, w celu lepszej identyfikacji, oczekuje fartuchów z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

5. **Pakiet 1** – Czy Zamawiający oczekuje fartuchów zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne? Część 2 wskazanej normy dotyczy ubrania operacyjnego stosowanego przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana przez Zamawiającego 3 część normy EN 13795 została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019.

Odpowiedź : tak

6. **Pakiet 1** – Czy Zamawiający wymaga etykiet na wyrobie w języku polskim, ułatwiających identyfikację fartucha?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

7. **Pakiet 1** – Czy Zamawiający wymaga rozmiarów fartucha chirurgicznego M-XXXL, pozwalających na większą swobodą doboru prawidłowego rozmiaru wyrobu dla operatora?

Odpowiedź : nie

Z poważaniem,

Tomasz Cisło