

dot. sprawy : 09/ZP/2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania prowadzonego na Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizy moczu i płynów z jam ciała wraz z dzierżawą automatycznego systemu analizy moczu (analizator parametrów fizyko-chemicznych moczu i analizator osadu), wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów, do których materiały posiadają minimalny termin ważności 5 miesięcy od daty dostarczenia, z wyłączeniem kontroli i kalibratorów, które ze względu na rodzaj materiału posiadają krótszy termin ważności? Kontrole i kalibratory zostaną policzone z uwzględnieniem potrzeb Laboratorium i terminu ważności.

Odpowiedź : tak

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia, pkt IV:

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w nazwie danego punktu: „Zestawienie parametrów technicznych Analizatora do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej?

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa automatycznego systemu analizy moczu (analizatora parametrów fizyko-chemicznych moczu i analizatora osadu)

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga zapewnienia udziału w międzynarodowej kontroli jakości badań wszystkich parametrów z opracowaniem statystycznym wyników.

Czy Zamawiający dopuści w ramach tego wymogu zaoferowanie udziału raz w roku w kontroli Labquality (nr 3130- Mocz- badanie ogólne)- i kontroli parametrów możliwych do sprawdzenia w tej kontroli?

Podana kontrola umożliwi kontrolę analizatora parametrów fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu wraz z uzyskaniem certyfikatu kontroli międzynarodowej.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza kontrolę Labquality 3130 Mocz badanie ogólne

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ Projekt Umowy §7 ust. 2:

Zamawiający wskazuje, że „Cena brutto zawiera koszt przedmiotu zamówienia, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Zakładu Analityki Lekarskiej 5 WSzKzP – SP ZOZ w Krakowie, koszty związane z: montażem, uruchomieniem i podłączeniem analizatora, klimatyzatorów, gwarancję na czas trwania umowy, nadzór i naprawy serwisowe, szkolenie pracowników, opakowania, ewentualne upusty, czynsz dzierżawy, wymiany części, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, opłaty, ewentualne upusty, odsetki i opłaty wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403), ewentualne upusty i inne, jeśli występują.”

Prosimy o usunięcie zwrotu klimatyzatorów, ponieważ ich dostawa nie jest wymagana niniejszą SWZ.

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ

Z poważaniem,
Tomasz Cisło