

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. sprawy: 20/ZP/2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do identyfikacji drobnoustrojów i określania lekowrażliwości wraz z dzierżawą automatycznego analizatora, na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

1. Czy w związku z okresem świątecznym a co za tym idzie nieobecnością pracowników, Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej dwa dni robocze?

Odpowiedź : Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert do dnia 18.04.2023 roku.

I. Odczynniki i materiały

Dotyczy formularz cenowy – „Ilość jednostka miary” – Czy Zamawiający ma na myśli pod jednostką miary wycenę pełnych opakowań w wyszczególnionych pozycjach i wyrazi zgodę na wyliczenie wartości oferty poprzez pomnożenie liczby opakowań x cena jednostkowa netto za opakowanie? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie realnych kosztów wynikających z oferty.

Odpowiedź : tak

IV. Zestawienie parametrów aparatu, parametry wymagane:

3. Dot. pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści aparat z dodatkowym osprzętowaniem niezbędnym do wykonywania badań tj.: dyspenser soli oraz jednostka sterująca analizatorem wraz z oprzyrządowaniem ?

Odpowiedź : tak

4. Dot. pkt. 15 - Czy Zamawiający dopuści używaną wytrząsarkę w pełni sprawną z 2017 r?

Odpowiedź : tak

5. Dot. pkt. 16 - Czy Zamawiający dopuści używane pipety w pełni sprawne z gwarancją serwisową?

Odpowiedź : tak

6. Dot. pkt. 17 - Czy Zamawiający dopuści 2x używane densytometry w pełni sprawne z 2021 r?

Odpowiedź : tak

7. Dot. pkt. 33 - Czy Zamawiający dopuści używany w pełni sprawny zestaw komputerowy z 2021 r wraz z używaną w pełni sprawną drukarką ?

Odpowiedź : tak

8. Dot. pkt. 34 - Czy Zamawiający określi orientacyjną ilość wydruków przez cały okres obowiązywania umowy ? Informacje te będą przydatne do oszacowania ilości tonerów.

Odpowiedź : Ok. 29 000 wydruków rocznie

9. Dot. pkt. 37 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie używanego klimatyzatora z 2017 roku produkcji, zamontowanego aktualnie w laboratorium, w pełni sprawnego z gwarancją serwisową przez cały okres umowy ?

Odpowiedź : tak

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji i określenia lekowrażliwości, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium?

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych oraz automatycznego systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości.

„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”.

Odpowiedź : tak

Pytania do Umowy:

11. §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Sprzedający jest zobowiązany przystąpić do naprawy sprzętu oraz wskazać telefonicznie pod numerem: (12)-63-08-273 przewidywany termin ukończenia naprawy w terminie nie dłuższym niż 48 godzin (dotyczy dni roboczych) od chwili zgłoszenia awarii”?

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

12. §5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„ W przypadku gdy przewidywany lub faktyczny czas naprawy przekroczy 48 godzin (dotyczy dni roboczych), Sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia badań wykonywanych dotychczas na sprzęcie przez zlecenie ich innym podmiotom świadczącym usługi medyczne i pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych łącznie z powtórna kontrolą pacjenta.”?

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

13. §5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„ W przypadku gdy przewidywany lub faktyczny czas naprawy przekroczy 3 dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, Sprzedający jest z obowiązany w tym terminie dostarczyć Kupującemu sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach”?

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

14. §9 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Sprzedający zobowiązany jest do odpowiedzi na wniesioną przez Kupującego reklamację ilościową w terminie do 2 dni roboczych, a reklamację jakościową w terminie do 4 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia wystosowanego faxem lub pisemnie emailem na adres:.....”?

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu przeznaczonego na rozpatrzenie reklamacji.

Wskazane terminy są zbyt krótkie na rzetelne oraz zgodne ze sztuką przeprowadzenie czynności reklamacyjnych umożliwiające weryfikację zgłoszonej reklamacji.

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

15. §10 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 7 ust.1 w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek wystąpienia okoliczności, określonych w § 11 ust. 1.”?

Odpowiedź : nie

16. §11 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„ w danym sześciomiesięcznym okresie obowiązywania umowy nastąpi co najmniej trzykrotna niezgodność ilościowa lub jakościowa dostawy z zamówieniem lub wymaganiami wskazanymi w niniejszej umowie lub zwłoka w wykonaniu pojedynczego zamówienia lub w wymianie reklamowanego towaru przekroczy 7 dni roboczych”?

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi stanowi zmodyfikowany SWZ II

Z poważaniem,