

Kraków, 19.04.2023 roku
DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dot. sprawy: 17/ZP/2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawę aparatu RTG ramię C**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Dotyczy pkt 8 OPZ załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu, który w trybie fluoroskopii ciągłej pracuje w zakresie do 11mA. Różnica jest niezauważana z perspektywy klinicznej.

ODP.: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 2:

Dotyczy pkt 16 OPZ załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu z jednym ogniskiem. Należy zaznaczyć, że nie ilość ognisk, a ich wielkość ma znaczenie w jakości obrazu.

ODP.: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 3:

Dotyczy pkt 25 OPZ załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu o wadze 347 kg. Pragniemy zaznaczyć, że różnica wynikająca z solidnej metalowej obudowy jest niezauważalna.

ODP.: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 4:

Dotyczy pkt 29,30 OPZ załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego zakresu ruchu pionowego wynosi 42cm, a Wig/Wag 20 stopni. Różnica dwóch centymetrów 4 stopni jest niezauważalna podczas pracy na bloku operacyjnym.

ODP.: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 5:

Dotyczy pkt 45 OPZ załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu z wymiarem obudowy detektora 63,5mm. Parametr nie ma żadnego wpływu na komfort pracy użytkownika

ODP.: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 6:

Dotyczy pkt 47,49 OPZ załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie 2 Monitory 19" medyczny, o rozdzielczości 1920x1080 pikseli każdy. Kontrast 1000:1 luminacja 1000cd/m2 z możliwością regulacji wysokości wraz z ruchem pionowym aparatu.

ODP.: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 7:

Dotyczy pkt 53 OPZ załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu z pamięcią wewnętrzną 100.000 zdjęć. Pragniemy zauważyć, że do przechowywania zdjęć RTG służy system PACs Szpitala.

ODP.: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 8:

Dotyczy pkt 60 OPZ załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu z Obrotom obrazu płynnym cyfrowym bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalaania dodatkowych dawek promieniowania dostępny z pozycji tabletu.

ODP.: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA

Pytanie 9:

Dotyczy pkt 62 OPZ załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie Dotykowy tablet 6,4 cala z możliwością obrotu o rozdzielczości 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live.

ODP.: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 10:

Dotyczy pkt 68 OPZ załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie drukarki A6 wbudowanej w aparat.

ODP.: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA

Pytanie 11:

Dotyczy Pkt.1A"Okres gwarancji" OPZ załącznika nr 1 do SWZ

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu gwarancji do 24 miesięcy tj. zgodnie z gwarancją udzieloną przez Producenta aparatu.

Wyjaśniamy, że wymagana gwarancja 60 m-cy jest o 36 m-cy dłuższa od gwarancji udzielonej przez producenta (24 m-ce) i w związku z tym jest gwarancją odpłatną, przez co wpłynie na podwyższenie ceny przedmiotu zamówienia.

ODP.: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 12:

Dotyczy Pkt.2A"Okres gwarancji" OPZ załącznika nr 1 do SWZ

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin zgodnie z zapisami projektu umowy w §7 ust.2.1.

ODP.: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 13:

Dotyczy Pkt.1B. "Serwis pogwarancyjny" OPZ załącznika nr 1 do SWZ

W nawiązaniu do ww. punktu prosimy o niewielką modyfikację wg poniższego:

„Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach]- 10 lat, natomiast na oprogramowanie i sprzęt komputerowy 5 lat”

Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 8 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamyh z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z podwyższą propozycje.

ODP.: ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 14:

W związku z oraz obecną sytuacją polityczną w Europie, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne (siła wyższa), ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia. Pomimo podejmowania wzmoczonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu obecnej sytuacji geopolitycznej mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach komponentów i półprzewodników, co ma znaczący wpływ na końcowy termin dostawy aparatu.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 12 tygodni od daty podpisania umowy.

ODP. : ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 15:

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniu dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

ODP. : tak, Zamawiający przez zapis w dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Pytanie 16:

Dotyczy §7 ust.2.1 projektu Umowy

Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny/zdalny jako reakcję serwisu

ODP.: TAK

Pytanie 17:

Dotyczy §7 ust.3 projektu Umowy

W nawiązaniu do ww punktu zwracamy się z prośbą o niewielką modyfikację wg poniższego zapisu:

„W przypadku braku możliwości usunięcia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia (co Sprzedający powinien Kupującemu udokumentować), Sprzedający będzie zobowiązany do dostarczenia w terminie 21 dni roboczych, nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego zamówieniem.

ODP.: TAK, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 18:

Dotyczy §12 ust.5 a-d projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do 200 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu czynności wymienionych w pkt a-d.

ODP. : NIE

Pytanie 19:

W nawiązaniu do §12 ust.2 Projektu Umowy zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Kara określona przez Zamawiającego, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, jest bardzo wysoka. Należy podkreślić, iż kara powinna mieć charakter wyłącznie dyscyplinujący.

ODP. : NIE

Pytanie 20:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

ODP. : NIE

Pytanie 21:

Zwracamy się z prośbą, aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

ODP. : NIE

Pytanie 22:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku mieszanych stawek VAT (8 i 23%) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT?

ODP: należy podać wartość VAT, patrz zmiana SWZ w zakresie formularza ofertowego.

Pytanie 23:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 30-dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego?

ODP.: NIE

Pytanie 24 - dot. wzoru umowy, § 5 ust. 2 umowy:

Czy Zamawiający potwierdzi, że pod zwrotem „kodów źródłowych” które Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu, Kupujący rozumie kody serwisowe? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji postanowienia umownego? Sprzedający wyjaśnia, że pod pojęciem kodów źródłowych rozumie się kody źródłowe programu komputerowego, które zazwyczaj przekazywane są w przypadku przeniesienia

autorskich praw majątkowych do utworu i stanowią z reguły tajemnicę przedsiębiorstwa uprawnionego do utworu. Tymczasem intencją § 5 ust. 2 umowy jest zapewnienie Kupującemu możliwości wykonywania diagnostyki, regulację oraz kalibrację po zakończeniu gwarancji, ale nie na poziomie kodów źródłowych a kodów serwisowych.

ODP.: Zamawiający skreśla w/w zapis. Patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 25- dot. wzoru umowy, § 7 ust. 3 umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą modyfikację? Wykonawca wyjaśnia, że postanowienie zaproponowane przez Zamawiającego jest bardzo rygorystyczne zważywszy na fakt, że obowiązek Wykonawcy do dostarczenia aparatu nowego nie jest uzależniony od rodzaju wad czy usterek. Dodatkowo należy uwzględnić, fakt, że w przypadku gdy awaria niedająca się naprawić może nastąpić choćby w ostatnim roku obowiązywania gwarancji – stąd też obowiązek dostarczenia aparatu NOWEGO w miejsca 4-letniego aparatu używanego wydaje się być obowiązkiem rażąco niesymetrycznym, stąd Wykonawca proponuje następującą modyfikację:

„W przypadku braku możliwości usunięcia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia (co Sprzedający powinien Kupującemu udokumentować), Sprzedający będzie zobowiązany do dostarczenia w terminie 10 dni roboczych, nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego zamówieniem nie starszego niż urządzenie wadliwe. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy charakter wady czy usterki nie jest istotny, a także gdy nie uniemożliwia użytkowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.”

ODP.: Nie

Pytanie 26- dot. wzoru umowy, § 7 ust. 5 umowy:

Czy Zamawiający potwierdzi, że zgodnie § 7 ust. 5 umowy dotyczy wyłącznie napraw gwarancyjnych tych awarii i usterek, które wyłączały możliwość używania urządzenia?

ODP.: tak, patrz zmiana SWZ.

Pytanie 27- dot. wzoru umowy, § 11 ust. 1 pkt 1) umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację § 11 ust. 1 pkt 1) umowy:

„~~opóźnienia~~ ~~zwłoki Wykonawcy~~ w realizacji zamówienia ponad termin określony w § 4 ust. 1 w wymiarze przekraczającym 10 dni;”

ODP.: tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 28 - dot. wzoru umowy, § 11 ust. 1 pkt 4) umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 11 ust. 1 pkt 4) umowy? Wykonawca wyjaśnia, że obowiązek przeglądów okresowych jest obowiązkiem wynikającym z udzielonej gwarancji, co oznacza, że umowa została wykonana (rozpoczęcie biegu gwarancji następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy), stąd też odstąpienie od umowy w tymże okresie jest bezprzedmiotowe.

ODP.: nie

Równocześnie Zamawiający informuje, że zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 26.04.2023 roku

Nowy termin składania ofert do dnia 26.04.2023 roku do godz. 08:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 26.04.2023 roku godz. 09:00

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ (na czerwono zmiany)

Z poważaniem,